

Miljømærkning Danmark
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn

30. april 2019

Medicoindustriens høringssvar vedr. Nordisk Miljømærknings forslag til forslag til kriterier for svanemærkning af engangsposer, -slanger og -tilbehør til medicinsk brug

Medicoindustrien noterer sig, at i det ovennævnte forslag til kriterier søges denne gang inkluderet blodposer.

Dette er ret kontroversielt, da det historisk har været overordentligt vanskeligt at erstatte DEHP som blødgører i PVC-frie materialer.

Medicoindustrien hæfter sig ved, at i forslaget til kriterier fremgår det på side 6, at:

There are PVC-free alternatives available today on the market in nearly all areas of use (except for blood bags). However, the project "PVC-free blood bags" has resulted in a successful result. Karolinska University hospital are working together with two European companies to establish contact with a partner who can launch PVC-free blood bags on the market⁴. Hopefully, these blood bags will soon be on the market.

Med vort kendskab til markedet kan vi ikke genkende, at dette er tilfældet.

De produkter, der har været forsøgt introduceret har på væsentlige punkter ikke levet op til hverken brugerne af posernes krav, og heller ikke den harmoniserede standard, der gælder for blodposer, og som dermed udgør et centralt element i CE-mærkningen af blodposer.

For en videnskabelig gennemgang af disse forhold kan Medicoindustrien henvise til høringssvaret fra PVCMed Alliance af 29. april 2019.

På denne baggrund skal Medicoindustrien opfordre til, at blodposer tages ud af scopet for miljømærkning, indtil der reelt findes alternativer til en DEHP-blødgjort blodpose.

Venlig hilsen

Lene Laursen
Vicedirektør